



|   |   |
|---|---|
| Tootja nimi   | Eschenbach Optik GmbH<br>Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg<br>Germany  |
| Single Registration Number (SRN)  | DE-MF-000007711   |
| Kinnitame ainuvastutusel, et see toode  |   |
| Toote nimi  | Korrigeerivate prillide raamid päikesekaitsega / Mudel vt lisa  |
| Basic UDI-DI  | 4064158FRA-MET-FULL-001BR, 4064158FRA-PLA-FULL-0024U,<br>4064158FRA-MIX-FULL-003KD, 4064158FRA-OTH-FULL-004HW,<br>4064158FRA-MET-HALF-005YE, 4064158FRA-PLA-HALF-006RH,<br>4064158FRA-MIX-HALF-00785, 4064158FRA-OTH-HALF-0086N,<br>4064158FRA-MET-LESS-009CK, 4064158FRA-PLA-LESS-01055,<br>4064158FRA-MIX-LESS-011KN, 4064158FRA-OTH-LESS-012J7,<br>4064158FRA-MET-OTH-013J3, 4064158FRA-PLA-OTH-014X4,<br>4064158FRA-MIX-OTH-015A6, 4064158FRA-OTH-OTH-016AM |
| Nomenklatuur  | GMDN Code 32816<br>EMDN Code Q02100201, EMDN Code Q02100202<br>EMDN Code Q02100203, EMDN Code Q02100299   |
| Riskiklass  | Klass I – mittesteriilne, ilma mõõtefunktsioonita   |
| Vastavushindamismenetlused  | vastavalt meditsiinitooteid puudutavale artiklile 52 (7)  |
| vastab järgnevate õigusaktide sätetele:   |   |
| Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/745 milles käsitletakse meditsiiniseadmeid |   |
| Vastab Euroopa standardile EN ISO 12870   |   |
| Riskikategooria   | I kategooria  |
| Vastavushindamismenetlused  | tootmise sisekontroll (moodul A) vastavalt lisale IV  |



ja vastab järgnevate õigusaktide sätetele:

MÄÄRUS (EL) 2016/425 mis käsitleb isikukaitsevahendeid

Vastab Euroopa standardile EN ISO 12312-1

MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH)

Rakendame pärast toote turule laskmist süstemaatilist turustamisjärgset järelevalvet.

**Nuremberg, 06.05.2024**

Väljaandmise koht ja kuupäev

sgd. P. Braunhofer

**Nimi,**  
**Dr. Peter Braunhofer**  
Ettevõtte juhatus

sgd. A. Jahnke

**Nimi,**  
**Andreas Jahnke**  
MDR Vastutav isik